

CERTIFICADO DE ANÁLISE**POLISENSIDISC 12 - DME****ENTEROCOCCUS SPP (ETC) LOTE PETCDME10520 FAB. 05/20 VAL. 05/21**

Antibacteriano	Código/ Potência µg	Lote Sensidisc	Staphylococcus aureus ATCC 25923		Enterococcus faecalis ATCC 29212	
			Halo	Halo/esperado (mm)	Halo	Halo/esperado (mm)
Ampicilina	AMP 10	2847AMP	35,0	27-35	-	-
Ciprofloxacina	CIP 05	2850CIP	27,0	22-30	-	-
Estreptomicina	EST 300	2826ESTHL	-	-	20,0	14-20
Gentamicina	GEN 120	2835GENHL	-	-	22,5	16-23
Levofloxacina	LEV 05	2820LEV	30,0	25-30	-	-
Linezolida	LNZ 30	2792LNZ	31,0	25-32	-	-
Nitrofurantoína	NIT 300	2841NIT	22,0	18-22	-	-
Norfloxacina	NOR 10	2825NOR	26,0	17-28	-	-
Penicilina G (Benzilpenicilina) ¹	PEN 10	2866PEN	37,0	26-37	-	-
Teicoplanina	TEC 30	2805TEC	20,0	15-21	-	-
Tetraciclina	TET 30	2832TET	30,0	24-30	-	-
Vancomicina	VAN 30	2786VAN	20,5	17-21	-	-

¹ Discos de Penicilina G (Benzilpenicilina): unidade de medida UI.

Informações Adicionais:

- **Meio utilizado:** Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 9224870 com validade em 30/09/2021.

Araçatuba, 16 de maio de 2020.

Controle de Qualidade – DME
Karina de Campos Salles - CRBM 12001