

CERTIFICADO DE ANÁLISE**POLISENSIDISC 12 - DME****ENTEROCOCCUS SPP LOTE PETCDME10618 FAB. 06/18 VAL. 06/19**

Antibacteriano	Potência/ Código	Lote Sensidisc	Staphylococcus aureus ATCC 25923		Enterococcus faecalis ATCC 29212	
			Halo	Halo/esperado (mm)	Halo	Halo/esperado (mm)
Ampicilina	AMP 10	2638AMP	35,0	27-35	-	-
Ciprofloxacina	CIP 05	2655CIP	27,5	22-30	-	-
Estreptomicina	EST 300	2626ESTHL	-	-	20,0	14-20
Gentamicina	GEN 120	2633GENHL	-	-	22,0	16-23
Levofloxacina	LEV 05	2634LEV	29,0	25-30	-	-
Linezolida	LNZ 30	2607LNZ	31,0	25-32	-	-
Nitrofurantoína	NIT 300	2658NIT	21,0	18-22	-	-
Norfloxacina	NOR 10	2647NOR	26,0	17-28	-	-
Penicilina G	PEN 10	2612PEN	36,5	26-37	-	-
Teicoplanina	TEC 30	2613TEC	20,0	15-21	-	-
Tetraciclina	TET 30	2639TET	29,0	24-30	-	-
Vancomicina	VAN 30	2631VAN	20,5	17-21	-	-

Informações Adicionais:

- **Meio utilizado:** Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 7363834 com validade em 31/03/2020.

Araçatuba, 16 de Junho de 2018.

Controle de Qualidade – DME
Karina de Campos Salles - CRBM 12001