

**CERTIFICADO DE ANÁLISE****POLISENSIDISC 12 - DME****ENTEROCOCCUS SPP LOTE PETCDME10918 FAB. 09/18 VAL. 09/19**

Antibacteriano	Potência/ Código	Lote Sensidisc	Staphylococcus aureus ATCC 25923		Enterococcus faecalis ATCC 29212	
			Halo	Halo/esperado (mm)	Halo	Halo/esperado (mm)
Ampicilina	AMP 10	2680AMP	<b>35,0</b>	27-35	-	-
Ciprofloxacina	CIP 05	2670CIP	<b>28,0</b>	22-30	-	-
Estreptomicina	EST 300	2626ESTHL	-	-	<b>20,0</b>	14-20
Gentamicina	GEN 120	2633GENHL	-	-	<b>22,0</b>	16-23
Levofloxacina	LEV 05	2698LEV	<b>29,0</b>	25-30	-	-
Linezolid	LNZ 30	2607LNZ	<b>32,0</b>	25-32	-	-
Nitrofurantoína	NIT 300	2658NIT	<b>22,0</b>	18-22	-	-
Norfloxacina	NOR 10	2684NOR	<b>26,0</b>	17-28	-	-
Penicilina G	PEN 10	2612PEN	<b>37,0</b>	26-37	-	-
Teicoplanina	TEC 30	2613TEC	<b>20,5</b>	15-21	-	-
Tetraciclina	TET 30	2639TET	<b>29,0</b>	24-30	-	-
Vancomicina	VAN 30	2631VAN	<b>21,0</b>	17-21	-	-

**Informações Adicionais:**

- **Meio utilizado:** Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 7363834 com validade em 31/03/2020.

Araçatuba, 22 de Setembro de 2018.

Controle de Qualidade – DME  
Karina de Campos Salles - CRBM 12001