

CERTIFICADO DE ANÁLISE**POLISENSIDISC 12 - DME****ENTEROCOCCUS SPP (ETC) LOTE PETCDME11018 FAB. 10/18 VAL. 10/19**

Antibacteriano	Potência/ Código	Lote Sensidisc	Staphylococcus aureus ATCC 25923		Enterococcus faecalis ATCC 29212	
			Halo	Halo/esperado (mm)	Halo	Halo/esperado (mm)
Ampicilina	AMP 10	2680AMP	34,5	27-35	-	-
Ciprofloxacina	CIP 05	2716CIP	28,0	22-30	-	-
Estreptomicina	EST 300	2626ESTHL	-	-	20,0	14-20
Gentamicina	GEN 120	2633GENHL	-	-	22,0	16-23
Levofloxacina	LEV 05	2698LEV	29,0	25-30	-	-
Linezolida	LNZ 30	2607LNZ	31,5	25-32	-	-
Nitrofurantoína	NIT 300	2694NIT	21,0	18-22	-	-
Norfloxacina	NOR 10	2684NOR	26,0	17-28	-	-
Penicilina G	PEN 10	2612PEN	37,0	26-37	-	-
Teicoplanina	TEC 30	2613TEC	20,0	15-21	-	-
Tetraciclina	TET 30	2639TET	29,0	24-30	-	-
Vancomicina	VAN 30	2711VAN	21,0	17-21	-	-

Informações Adicionais:

- **Meio utilizado:** Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 8058570 com validade em 30/06/2020.

Araçatuba, 06 de Novembro de 2018.

Controle de Qualidade – DME
Karina de Campos Salles - CRBM 12001