

CERTIFICADO DE ANÁLISE**POLISENSIDISC 12 - DME****ENTEROCOCCUS SPP LOTE PETCDME11217 FAB. 12/17 VAL. 12/18**

Antibacteriano	Potência/ Código	Lote Sensidisc	Staphylococcus aureus ATCC 25923		Enterococcus faecalis ATCC 29212	
			Halo	Halo/esperado (mm)	Halo	Halo/esperado (mm)
Ampicilina	AMP 10	2588AMP	35,0	27-35	-	-
Ciprofloxacina	CIP 05	2624CIP	28,5	22-30	-	-
Estreptomicina	EST 300	2540ESTHL	-	-	20,0	14-20
Gentamicina	GEN 120	2565GENHL	-	-	22,0	16-23
Levofloxacina	LEV 05	2577LEV	29,5	25-30	-	-
Linezolid	LNZ 30	2564LNZ	31,0	25-32	-	-
Nitrofurantóina	NIT 300	2615NIT	21,0	18-22	-	-
Norfloxacina	NOR 10	2598NOR	26,0	17-28	-	-
Penicilina G	PEN 10	2542PEN	36,0	26-37	-	-
Teicoplanina	TEC 30	2613TEC	20,0	15-21	-	-
Tetraciclina	TET 30	2570TET	29,5	24-30	-	-
Vancomicina	VAN 30	2562VAN	20,0	17-21	-	-

Informações Adicionais:

- **Meio utilizado:** Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 6314697 com validade em 31/03/2019.

Araçatuba, 16 de Dezembro de 2017.



Controle de Qualidade – DME
Aline Pelarin - CRBM 18537