

CERTIFICADO DE ANÁLISE**POLISENSIDISC 12 - DME****ENTEROCOCCUS SPP (ETC) LOTE PETCDME11218 FAB. 12/18 VAL. 12/19**

| Antibacteriano | Potência/ Código | Lote Sensidisc | Staphylococcus aureus ATCC 25923 | | Enterococcus faecalis ATCC 29212 | |
|-----------------|---------------------|----------------|-------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| | | | Halo | Halo/esperado (mm) | Halo | Halo/esperado (mm) |
| Ampicilina | AMP 10 | 2680AMP | 34,5 | 27-35 | - | - |
| Ciprofloxacina | CIP 05 | 2716CIP | 27,5 | 22-30 | - | - |
| Estreptomicina | EST 300 | 2626ESTHL | - | - | 20,0 | 14-20 |
| Gentamicina | GEN 120 | 2633GENHL | - | - | 22,0 | 16-23 |
| Levofloxacina | LEV 05 | 2698LEV | 30,0 | 25-30 | - | - |
| Linezolida | LNZ 30 | 2728LNZ | 31,0 | 25-32 | - | - |
| Nitrofurantoína | NIT 300 | 2694NIT | 21,5 | 18-22 | - | - |
| Norfloxacina | NOR 10 | 2684NOR | 26,0 | 17-28 | - | - |
| Penicilina G | PEN 10 | 2677PEN | 36,0 | 26-37 | - | - |
| Teicoplanina | TEC 30 | 2685TEC | 20,0 | 15-21 | - | - |
| Tetraciclina | TET 30 | 2639TET | 28,0 | 24-30 | - | - |
| Vancomicina | VAN 30 | 2711VAN | 20,0 | 17-21 | - | - |

Informações Adicionais:

- **Meio utilizado:** Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 8092812 com validade em 30/06/2020.

Araçatuba, 07 de Dezembro de 2018.

Controle de Qualidade – DME
Karina de Campos Salles - CRBM 12001