

**CERTIFICADO DE ANÁLISE****POLISENSIDISC 12 - DME****ENTEROBACTERIALES URINÁRIO (EU) LOTE PEUDME10520 FAB. 05/20 VAL. 05/21**

Antibacteriano	Código/ Potência µg	Lote Sensidisc	Staphylococcus aureus ATCC 25923		Escherichia coli ATCC 25922 (1)		Pseudomonas aeruginosa ATCC27853		Escherichia coli ATCC 35218 (2)	
			Halo	Halo/ esperado (mm)	Halo	Halo/ esperado (mm)	Halo	Halo/ esperado (mm)	Halo	Halo/ esperado (mm)
Ácido Nalidíxico	NAL 30	2838NAL	-	-	<b>28,0</b>	22-28	-	-	-	-
Amicacina	AMI 30	2834AMI	<b>25,0</b>	20-26	<b>26,0</b>	19-26	<b>26,0</b>	18-26	-	-
Amoxicilina/Ac. Clavulânico	AMC 30 (20/10)	2817AMC	<b>36,0</b>	28-36	<b>24,0</b>	18-24	-	-	<b>21,5</b>	17-22
Ampicilina	AMP 10	2847AMP	<b>35,0</b>	27-35	<b>22,0</b>	15-22	-	-	-	-
Cefazolina	CFZ30	2813CFZ	<b>33,0</b>	29-35	<b>27,0</b>	21-27	-	-	-	-
Cefepime	CPM 30	2830CPM	<b>28,0</b>	23-29	<b>37,0</b>	31-37	<b>31,0</b>	25-31	-	-
Ceftriaxona	CRO 30	2858CRO	<b>26,0</b>	22-28	<b>34,0</b>	29-35	<b>22,0</b>	17-23	-	-
Ciprofloxacina	CIP 05	2850CIP	<b>28,0</b>	22-30	<b>37,0</b>	29-37	<b>33,0</b>	25-33	-	-
Gentamicina	GEN 10	2849GEN	<b>26,0</b>	19-27	<b>24,5</b>	19-26	<b>22,5</b>	17-23	-	-
Nitrofurantoina	NIT 300	2841NIT	<b>21,0</b>	18-22	<b>25,0</b>	20-25	-	-	-	-
Norfloxacina	NOR 10	2825NOR	<b>26,0</b>	17-28	<b>35,0</b>	28-35	<b>29,0</b>	22-29	-	-
Sulfazotrim	SUT 25	2859SUT	<b>31,0</b>	24-32	<b>29,0</b>	23-29	-	-	-	-

**Informações Adicionais:**

- **Meio utilizado:** Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 9224870 com validade em 30/09/2021.

Araçatuba, 07 de maio de 2020.

Controle de Qualidade – DME  
Karina de Campos Salles - CRBM 12001