

CERTIFICADO DE ANÁLISE**POLISENSIDISC DME****GRAM NEGATIVO (GN) LOTE PGNDME10520 FAB. 05/20 VAL. 05/21**

Antibacteriano	Código/ Potência µg	Lote Sensidisc	Escherichia coli ATCC 25922 (1)		Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853		Escherichia coli ATCC 35218 (2)	
			halo	halo/esperado (mm)	halo	halo/esperado (mm)	halo	halo/esperado (mm)
Amicacina	AMI 30	2834AMI	26,0	19-26	26,0	18-26	-	-
Amox./Ac.Clavulânico	AMC 30 (20/10)	2817AMC	24,0	18-24	-	-	21,5	17-22
Ampicilina	AMP 10	2847AMP	22,0	15-22	-	-	-	-
Aztreonam	ATM 30	2812ATM	35,0	28-36	28,5	23-29	36,0	31-38
Cefazolina	CFZ 30	2813CFZ	27,0	21-27	-	-	-	-
Cefepime	CPM 30	2830CPM	36,0	31-37	30,0	25-31	-	-
Cefoxitina	CFO 30	2843CFO	29,0	23-29	-	-	-	-
Ceftazidima	CAZ 30	2790CAZ	32,0	25-32	29,0	22-29	-	-
Ceftriaxona	CRO 30	2858CRO	34,0	29-35	22,0	17-23	-	-
Ciprofloxacina	CIP 05	2850CIP	37,0	29-37	32,5	25-33	-	-
Cloranfenicol	CLO 30	2842CLO	25,0	21-27	-	-	-	-
Gentamicina	GEN 10	2849GEN	25,0	19-26	22,0	17-23	-	-
Meropenem	MPM 10	2865MPM	33,0	28-35	33,0	27-33	-	-
Sulfazotrim	SUT 25 (23,75/1,25)	2859SUT	29,0	23-29	-	-	-	-
Tetraciclina	TET 30	2832TET	24,5	18-25	-	-	-	-

Informações Adicionais:

- **Meio utilizado:** Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 9224870 com validade em 30/09/2021.

Araçatuba, 15 de maio de 2020.

Controle de Qualidade – DME
Karina de Campos Salles – CRBM 12001