

**CERTIFICADO DE ANÁLISE****POLISENSIDISC DME****GRAM NEGATIVO LOTE PGNDME10818****FAB. 08/18****VAL. 08/19**

Antibacteriano	Potência/ código	Lote Sensidisc	Escherichia coli ATCC 25922 (1)		Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853		Escherichia coli ATCC 35218 (2)	
			halo	halo/esperado (mm)	halo	halo/esperado (mm)	halo	halo/esperado (mm)
Amicacina	AMI 30	2671AMI	<b>25,5</b>	19-26	<b>25,0</b>	18-26	-	-
Amox./Ac.Clavulânico	AMC 30	2667AMC	<b>24,0</b>	18-24	-	-	<b>20,5</b>	17-22
Ampicilina	AMP 10	2680AMP	<b>22,0</b>	15-22	-	-	-	-
Aztreonam	ATM 30	2672ATM	<b>35,0</b>	28-36	<b>29,0</b>	23-29	<b>36,0</b>	31-38
Cefazolina	CFZ 30	2614CFZ	<b>26,0</b>	21-27	-	-	-	-
Cefepime	CPM 30	2656CPM	<b>36,0</b>	31-37	<b>29,0</b>	25-31	-	-
Cefoxitina	CFO 30	2665CFO	<b>29,0</b>	23-29	-	-	-	-
Ceftazidima	CAZ 30	2657CAZ	<b>31,0</b>	25-32	<b>29,0</b>	22-29	-	-
Ceftriaxona	CRO 30	2660CRO	<b>34,5</b>	29-35	<b>22,0</b>	17-23	-	-
Ciprofloxacina	CIP 05	2670CIP	<b>37,0</b>	29-37	<b>32,0</b>	25-33	-	-
Cloranfenicol	CLO 30	2650CLO	<b>25,0</b>	21-27	-	-	-	-
Gentamicina	GEN 10	2681GEN	<b>24,0</b>	19-26	<b>20,0</b>	17-23	-	-
Meropenem	MPM 10	2649MPM	<b>35,0</b>	28-35	<b>33,0</b>	27-33	-	-
Sulfazotrim	SUT 25	2668SUT	<b>28,0</b>	23-29	-	-	-	-
Tetraciclina	TET 30	2639TET	<b>25,0</b>	18-25	-	-	-	-

**Informações Adicionais:**

- **Meio utilizado:** Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 7363834 com validade em 31/03/2020.

Araçatuba, 30 de Agosto de 2018.

Controle de Qualidade – DME  
Karina de Campos Salles – CRBM 12001