

CERTIFICADO DE ANÁLISE**POLISENSIDISC DME****GRAM NEGATIVO (GN) LOTE PGNDME11218 FAB. 12/18 VAL. 12/19**

Antibacteriano	Potência/ código	Lote Sensidisc	Escherichia coli ATCC 25922 (1)		Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853		Escherichia coli ATCC 35218 (2)	
			halo	halo/esperado (mm)	halo	halo/esperado (mm)	halo	halo/esperado (mm)
Amicacina	AMI 30	2703AMI	25,5	19-26	24,5	18-26	-	-
Amox./Ac.Clavulânico	AMC 30	2696AMC	24,0	18-24	-	-	20,5	17-22
Ampicilina	AMP 10	2680AMP	21,0	15-22	-	-	-	-
Aztreonam	ATM 30	2723ATM	35,0	28-36	29,0	23-29	36,0	31-38
Cefazolina	CFZ 30	2704CFZ	26,0	21-27	-	-	-	-
Cefepime	CPM 30	2699CPM	36,0	31-37	31,0	25-31	-	-
Cefoxitina	CFO 30	2665CFO	29,0	23-29	-	-	-	-
Ceftazidima	CAZ 30	2657CAZ	32,0	25-32	29,0	22-29	-	-
Ceftriaxona	CRO 30	2687CRO	34,5	29-35	22,5	17-23	-	-
Ciprofloxacina	CIP 05	2716CIP	37,0	29-37	32,0	25-33	-	-
Cloranfenicol	CLO 30	2708CLO	25,0	21-27	-	-	-	-
Gentamicina	GEN 10	2713GEN	24,5	19-26	20,0	17-23	-	-
Meropenem	MPM 10	2693MPM	34,0	28-35	33,0	27-33	-	-
Sulfazotrim	SUT 25	2719SUT	28,5	23-29	-	-	-	-
Tetraciclina	TET 30	2639TET	24,5	18-25	-	-	-	-

Informações Adicionais:

- **Meio utilizado:** Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 8092812 com validade em 30/06/2020.

Araçatuba, 05 de Dezembro de 2018.

Controle de Qualidade – DME
Karina de Campos Salles – CRBM 12001