

**CERTIFICADO DE ANÁLISE****POLISENSIDISC DME****GRAM NEGATIVO LOTE PGNDME20118****FAB. 01/18****VAL. 01/19**

Antibacteriano	Potência/ código	Lote Sensidisc	Escherichia coli ATCC 25922 (1)		Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853		Escherichia coli ATCC 35218 (2)	
			halo	halo/esperado (mm)	halo	halo/esperado (mm)	halo	halo/esperado (mm)
Amicacina	AMI 30	2632AMI	<b>25,5</b>	19-26	<b>25,0</b>	18-26	-	-
Amox./Ac.Clavulânico	AMC 30	2573AMC	<b>23,5</b>	18-24	-	-	<b>21,0</b>	17-22
Ampicilina	AMP 10	2588AMP	<b>22,0</b>	15-22	-	-	-	-
Aztreonam	ATM 30	2628ATM	<b>35,0</b>	28-36	<b>28,0</b>	23-29	<b>35,0</b>	31-38
Cefazolina	CFZ 30	2614CFZ	<b>25,0</b>	21-27	-	-	-	-
Cefepime	CPM 30	2591CPM	<b>35,5</b>	31-37	<b>30,0</b>	25-31	-	-
Cefoxitina	CFO 30	2584CFO	<b>29,0</b>	23-29	-	-	-	-
Ceftazidima	CAZ 30	2555CAZ	<b>31,0</b>	25-32	<b>27,0</b>	22-29	-	-
Ceftriaxona	CRO 30	2622CRO	<b>34,0</b>	29-35	<b>21,0</b>	17-23	-	-
Ciprofloxacina	CIP 05	2624CIP	<b>37,0</b>	30-40	<b>32,0</b>	25-33	-	-
Cloranfenicol	CLO 30	2600CLO	<b>26,0</b>	21-27	-	-	-	-
Gentamicina	GEN 10	2620GEN	<b>24,0</b>	19-26	<b>20,0</b>	17-23	-	-
Meropenem	MPM 10	2611MPM	<b>34,0</b>	28-35	<b>33,0</b>	27-33	-	-
Sulfazotrim	SUT 25	2610SUT	<b>27,0</b>	23-29	-	-	-	-
Tetraciclina	TET 30	2570TET	<b>24,0</b>	18-25	-	-	-	-

**Informações Adicionais:**

- **Meio utilizado:** Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 6314697 com validade em 31/03/2019.

Araçatuba, 31 de Janeiro de 2018.



Controle de Qualidade – DME  
Aline Pelarin – CRBM 18537