

CERTIFICADO DE ANÁLISE**POLISENSIDISC DME****GRAM NEGATIVO LOTE PGNDME20418****FAB. 04/18****VAL. 04/19**

| Antibacteriano | Potência/ código | Lote Sensidisc | Escherichia coli ATCC 25922 (1) | | Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 | | Escherichia coli ATCC 35218 (2) | |
|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------------------------|-----------------------|---|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| | | | halo | halo/esperado (mm) | halo | halo/esperado (mm) | halo | halo/esperado (mm) |
| Amicacina | AMI 30 | 2632AMI | 25,5 | 19-26 | 25,5 | 18-26 | - | - |
| Amox./Ac.Clavulânico | AMC 30 | 2627AMC | 24,0 | 18-24 | - | - | 20,0 | 17-22 |
| Ampicilina | AMP 10 | 2638AMP | 22,0 | 15-22 | - | - | - | - |
| Aztreonam | ATM 30 | 2628ATM | 35,5 | 28-36 | 29,0 | 23-29 | 35,0 | 31-38 |
| Cefazolina | CFZ 30 | 2614CFZ | 26,0 | 21-27 | - | - | - | - |
| Cefepime | CPM 30 | 2656CPM | 36,0 | 31-37 | 30,0 | 25-31 | - | - |
| Cefoxitina | CFO 30 | 2584CFO | 29,0 | 23-29 | - | - | - | - |
| Ceftazidima | CAZ 30 | 2627CAZ | 31,0 | 25-32 | 29,0 | 22-29 | - | - |
| Ceftriaxona | CRO 30 | 2660CRO | 34,0 | 29-35 | 22,0 | 17-23 | - | - |
| Ciprofloxacina | CIP 05 | 2655CIP | 37,0 | 29-37 | 32,5 | 25-33 | - | - |
| Cloranfenicol | CLO 30 | 2650CLO | 25,0 | 21-27 | - | - | - | - |
| Gentamicina | GEN 10 | 2654GEN | 24,0 | 19-26 | 21,0 | 17-23 | - | - |
| Meropenem | MPM 10 | 2649MPM | 34,0 | 28-35 | 33,0 | 27-33 | - | - |
| Sulfazotrim | SUT 25 | 2641SUT | 28,5 | 23-29 | - | - | - | - |
| Tetraciclina | TET 30 | 2639TET | 25,0 | 18-25 | - | - | - | - |

Informações Adicionais:

- **Meio utilizado:** Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 7193688 com validade em 31/10/2019.

Araçatuba, 24 de Abril de 2018.

Controle de Qualidade – DME
Karina de Campos Salles – CRBM 12001