CERTIFICADO DE ANÁLISE

POLISENSIDISC DME

GRAM POSITIVO (GP) LOTE PGPDME10219 FAB. 02/19 VAL. 02/20

Antibacteriano	Lote Sensidisc	Potência/código	Staphylococcus aureus ATCC 25923	
			halo	halo esperado (mm)
Ampicilina	2715AMP	AMP 10	**35,0**	27-35
Azitromicina	2710AZI	AZI 15	**25,5**	21-26
Cefoxitina	2700CFO	CFO 30	**29,0**	23-29
Ciprofloxacina	2716CIP	CIP 05	**27,0**	22-30
Clindamicina	2674CLI	CLI 02	**27,0**	24-30
Cloranfenicol	2708CLO	CLO 30	**25,0**	19-26
Eritromicina	2697ERI	ERI 15	**29,0**	22-30
Gentamicina	2713GEN	GEN 10	**25,0**	19-27
Linezolida	2728LNZ	LNZ 30	**30,0**	25-32
Oxacilina	2692OXA	OXA 01	**24,0**	18-24
Penicilina G	2677PEN	PEN 10	**36,0**	26-37
Rifampicina	2738RIF	RIF 05	**33,5**	26-34
Sulfazotrim	2719SUT	SUT 25	**30,0**	24-32
Tetraciclina	2712TET	TET 30	**29,0**	24-30
Vancomicina	2711VAN	VAN 30	**20,0**	17-21

Informações Adicionais:
- Meio utilizado: Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 8092812 com validade em 30/06/2020.

Araçatuba, 09 de Fevereiro de 2019.

Controle de Qualidade – DME
Karina de Campos Salles – CRBM 12001