# CERTIFICADO DE ANÁLISE

## POLISENSIDISC 12 - DME

## PSEUDOMONAS/ACINETOBACTER (P/A) LOTE PPADME10119 FAB. 01/19 VAL. 01/20

| Antibacteriano | Potência/ Código | Lote Sensidisc | Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Halo | Halo/esperado (mm) |
| Amicacina | AMI 30 | 2703AMI | **25,5** | 18-26 |
| Aztreonam | ATM 30 | 2723ATM | **28,5** | 23-29 |
| Cefepime | CPM 30 | 2699CPM | **31,0** | 24-31 |
| Cefotaxima | CTX 30 | 2714CTX | **21,5** | 18-22 |
| Ceftazidima | CAZ 30 | 2729CAZ | **29,0** | 22-29 |
| Ciprofloxacina | CIP 05 | 2716CIP | **32,0** | 25-33 |
| Gentamicina | GEN 10 | 2713GEN | **21,5** | 17-23 |
| Levofloxacina | LEV 05 | 2698LEV | **24,5** | 19-26 |
| Norfloxacina | NOR 10 | 2684NOR | **29,0** | 22-29 |
| Piperacilina/Tazobactam | PIT 110 | 2707PIT | **32,5** | 25-33 |
| Sulfazotrim | SUT 25 | 2719SUT | - | - |
| Tobramicina | TOB 10 | 2724TOB | **24,5** | 20-26 |

**Informações Adicionais:**
**- Meio utilizado:** Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 8092812 com validade em 30/06/2020.

Araçatuba, 26 de Janeiro de 2019.

Controle de Qualidade – DME
Karina de Campos Salles - CRBM 12001