

CERTIFICADO DE ANÁLISE**POLISENSIDISC 12 - DME****PSEUDOMONAS/ACINETOBACTER (P/A) LOTE PPADME10320 FAB. 03/20 VAL. 03/21**

Antibacteriano	Código/ Potência µg	Lote Sensidisc	Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853	
			Halo	Halo/esperado (mm)
Amicacina	AMI 30	2834AMI	26,0	18-26
Aztreonam	ATM 30	2812ATM	28,0	23-29
Cefepime	CPM 30	2830CPM	30,0	24-31
Cefotaxima	CTX 30	2788CTX	20,5	18-22
Ceftazidima	CAZ 30	2790CAZ	29,0	22-29
Ciprofloxacina	CIP 05	2818CIP	33,0	25-33
Gentamicina	GEN 10	2849GEN	23,0	17-23
Levofloxacina	LEV 05	2820LEV	24,5	19-26
Norfloxacina	NOR 10	2825NOR	29,0	22-29
Piperacilina/Tazobactam	PIT 110 (100/10)	2777PIT	32,0	25-33
Sulfazotrim	SUT 25	2827SUT	-	-
Tobramicina	TOB 10	2724TOB	25,5	20-26

Informações Adicionais:

- **Meio utilizado:** Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 9224870 com validade em 30/09/2021.

Araçatuba, 17 de março de 2020.

Controle de Qualidade – DME
Karina de Campos Salles - CRBM 12001