# CERTIFICADO DE ANÁLISE

## POLISENSIDISC 12 - DME

**PSEUDOMONAS/ACINETOBACTER LOTE PPADME10518 FAB. 05/18 VAL. 05/19**

| Antibacteriano | Potência/ Código | Lote Sensidisc | Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Halo | Halo/esperado (mm) |
| Amicacina | AMI 30 | 2671AMI | **25,5** | 18-26 |
| Aztreonam | ATM 30 | 2628ATM | **28,5** | 23-29 |
| Cefepime | CPM 30 | 2656CPM | **30,0** | 24-31 |
| Cefotaxima | CTX 30 | 2579CTX | **21,5** | 18-22 |
| Ceftazidima | CAZ 30 | 2657CAZ | **28,5** | 22-29 |
| Ciprofloxacina | CIP 05 | 2655CIP | **32,0** | 25-33 |
| Gentamicina | GEN 10 | 2654GEN | **20,0** | 17-23 |
| Levofloxacina | LEV 05 | 2634LEV | **23,0** | 19-26 |
| Norfloxacina | NOR 10 | 2647NOR | **28,0** | 22-29 |
| Piperacilina/Tazobactam | PIT 110 | 2609PIT | **32,0** | 25-33 |
| Sulfazotrim | SUT 25 | 2641SUT | **-** | - |
| Tobramicina | TOB 10 | 2601TOB | **25,0** | 20-26 |

**Informações Adicionais:**
**- Meio utilizado:** Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 7363834 com validade em 31/03/2020.

Araçatuba, 02 de Junho de 2018.

Controle de Qualidade – DME
Karina de Campos Salles - CRBM 12001