

CERTIFICADO DE ANÁLISE**POLISENSIDISC 12 - DME****PSEUDOMONAS/ACINETOBACTER LOTE PPADME10818 FAB. 08/18 VAL. 08/19**

Antibacteriano	Potência/ Código	Lote Sensidisc	Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853	
			Halo	Halo/esperado (mm)
Amicacina	AMI 30	2671AMI	25,0	18-26
Aztreonam	ATM 30	2672ATM	29,0	23-29
Cefepime	CPM 30	2656CPM	30,0	24-31
Cefotaxima	CTX 30	2579CTX	21,0	18-22
Ceftazidima	CAZ 30	2657CAZ	29,0	22-29
Ciprofloxacina	CIP 05	2670CIP	32,5	25-33
Gentamicina	GEN 10	2681GEN	20,5	17-23
Levofloxacina	LEV 05	2634LEV	23,0	19-26
Norfloxacina	NOR 10	2647NOR	28,0	22-29
Piperacilina/Tazobactam	PIT 110	2609PIT	32,5	25-33
Sulfazotrim	SUT 25	2668SUT	-	-
Tobramicina	TOB 10	2601TOB	25,0	20-26

Informações Adicionais:

- **Meio utilizado:** Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 7363834 com validade em 31/03/2020.

Araçatuba, 10 de Agosto de 2018.

Controle de Qualidade – DME
Karina de Campos Salles - CRBM 12001