

**CERTIFICADO DE ANÁLISE****POLISENSIDISC 12 – DME****STREPTOCOCCUS NÃO PNEUMONIAE LOTE PSNPDME10218 FAB. 02/18 VAL. 02/19**

Antibacteriano	Potência/Código	Lote Sensidisc	Staphylococcus aureus ATCC 25923		Escherichia coli ATCC 25922		Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853	
			Halo	Halo/esperado (mm)	Halo	Halo/esperado (mm)	Halo	Halo/esperado (mm)
Ampicilina	AMP 10	2638AMP	<b>34,5</b>	27-35	<b>22,0</b>	15-22	-	-
Azitromicina	AZI 15	2578AZI	<b>26,0</b>	21-26	-	-	-	-
Cefepime	CPM 30	2591CPM	<b>27,0</b>	23-29	<b>36,0</b>	31-37	<b>30,0</b>	24-31
Cefotaxima	CTX 30	2579CTX	<b>29,0</b>	25-31	<b>34,0</b>	29-35	<b>22,0</b>	18-22
Claritromicina	CLA 15	2589CLA	<b>32,0</b>	26-32	-	-	-	-
Clindamicina	CLI 02	2596CLI	<b>27,0</b>	24-30	-	-	-	-
Cloranfenicol	CLO 30	2600CLO	<b>25,0</b>	19-26	<b>25,0</b>	21-27	-	-
Eritromicina	ERI 15	2635ERI	<b>28,0</b>	22-30	-	-	-	-
Levofloxacina	LEV 05	2634LEV	<b>29,0</b>	25-30	<b>35,5</b>	29-37	<b>24,5</b>	19-26
Ofloxacina	OFX 05	2586OFX	<b>27,5</b>	24-28	<b>32,0</b>	29-33	<b>20,0</b>	17-21
Penicilina G	PEN 10	2612PEN	<b>36,5</b>	26-37	-	-	-	-
Vancomicina	VAN 30	2631VAN	<b>20,5</b>	17-21	-	-	-	-

**Informações Adicionais:**

- **Meio utilizado:** Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 7193688 com validade em 31/10/2019.

Araçatuba, 21 de Fevereiro de 2018.

Controle de Qualidade - DME  
Karina de Campos Salles - CRBM 12001