

**CERTIFICADO DE ANÁLISE****POLISENSIDISC 12 – DME****STREPTOCOCCUS NÃO PNEUMONIAE LOTE PSNPDME10318 FAB. 03/18 VAL. 03/19**

| Antibacteriano | Potência/Código | Lote Sensidisc | Staphylococcus aureus ATCC 25923 |                    | Escherichia coli ATCC 25922 |                    | Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 |                    |
|----------------|-----------------|----------------|----------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------|
|                |                 |                | Halo                             | Halo/esperado (mm) | Halo                        | Halo/esperado (mm) | Halo                              | Halo/esperado (mm) |
| Ampicilina     | AMP 10          | 2638AMP        | <b>34,0</b>                      | 27-35              | <b>22,0</b>                 | 15-22              | -                                 | -                  |
| Azitromicina   | AZI 15          | 2578AZI        | <b>26,0</b>                      | 21-26              | -                           | -                  | -                                 | -                  |
| Cefepime       | CPM 30          | 2656CPM        | <b>28,0</b>                      | 23-29              | <b>36,0</b>                 | 31-37              | <b>30,0</b>                       | 24-31              |
| Cefotaxima     | CTX 30          | 2579CTX        | <b>29,0</b>                      | 25-31              | <b>34,0</b>                 | 29-35              | <b>22,0</b>                       | 18-22              |
| Claritromicina | CLA 15          | 2589CLA        | <b>30,0</b>                      | 26-32              | -                           | -                  | -                                 | -                  |
| Clindamicina   | CLI 02          | 2596CLI        | <b>27,0</b>                      | 24-30              | -                           | -                  | -                                 | -                  |
| Cloranfenicol  | CLO 30          | 2600CLO        | <b>25,0</b>                      | 19-26              | <b>25,0</b>                 | 21-27              | -                                 | -                  |
| Eritromicina   | ERI 15          | 2635ERI        | <b>30,0</b>                      | 22-30              | -                           | -                  | -                                 | -                  |
| Levofloxacina  | LEV 05          | 2634LEV        | <b>29,0</b>                      | 25-30              | <b>35,0</b>                 | 29-37              | <b>24,0</b>                       | 19-26              |
| Ofloxacina     | OFX 05          | 2586OFX        | <b>27,0</b>                      | 24-28              | <b>32,0</b>                 | 29-33              | <b>20,0</b>                       | 17-21              |
| Penicilina G   | PEN 10          | 2612PEN        | <b>36,0</b>                      | 26-37              | -                           | -                  | -                                 | -                  |
| Vancomicina    | VAN 30          | 2631VAN        | <b>21,0</b>                      | 17-21              | -                           | -                  | -                                 | -                  |

**Informações Adicionais:**

- **Meio utilizado:** Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 7193688 com validade em 31/10/2019.

Araçatuba, 24 de Março de 2018.

Controle de Qualidade - DME  
Karina de Campos Salles - CRBM 12001