

CERTIFICADO DE ANÁLISE**POLISENSIDISC 12 – DME****STREPTOCOCCUS NÃO PNEUMONIAE LOTE PSNPDME10618 FAB. 06/18 VAL. 06/19**

Antibacteriano	Potência/Código	Lote Sensidisc	Staphylococcus aureus ATCC 25923		Escherichia coli ATCC 25922		Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853	
			Halo	Halo/esperado (mm)	Halo	Halo/esperado (mm)	Halo	Halo/esperado (mm)
Ampicilina	AMP 10	2638AMP	35,0	27-35	22,0	15-22	-	-
Azitromicina	AZI 15	2578AZI	26,0	21-26	-	-	-	-
Cefepime	CPM 30	2656CPM	28,0	23-29	36,0	31-37	30,0	24-31
Cefotaxima	CTX 30	2579CTX	30,0	25-31	34,0	29-35	22,0	18-22
Claritromicina	CLA 15	2589CLA	31,0	26-32	-	-	-	-
Clindamicina	CLI 02	2596CLI	27,0	24-30	-	-	-	-
Cloranfenicol	CLO 30	2650CLO	25,0	19-26	25,0	21-27	-	-
Eritromicina	ERI 15	2635ERI	30,0	22-30	-	-	-	-
Levofloxacina	LEV 05	2634LEV	29,0	25-30	35,0	29-37	24,0	19-26
Ofloxacina	OFX 05	2586OFX	28,0	24-28	32,0	29-33	20,0	17-21
Penicilina G	PEN 10	2612PEN	36,0	26-37	-	-	-	-
Vancomicina	VAN 30	2631VAN	21,0	17-21	-	-	-	-

Informações Adicionais:

- **Meio utilizado:** Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 7363834 com validade em 31/03/2020.

Araçatuba, 19 de Junho de 2018.

Controle de Qualidade - DME
Karina de Campos Salles - CRBM 12001