

**CERTIFICADO DE ANÁLISE****POLISENSIDISC 12 - DME****STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE    LOTE PSPDME10218    FAB. 02/18    VAL. 02/19**

Antibacteriano	Potência/ Código	Lote Sensidisc	Staphylococcus aureus ATCC 25923	
			Halo	Halo/esperado (mm)
Azitromicina	AZI 15	2578AZI	<b>26,0</b>	21-26
Claritromicina	CLA 15	2589CLA	<b>31,0</b>	26-32
Clindamicina	CLI 02	2596CLI	<b>26,0</b>	24-30
Cloranfenicol	CLO 30	2600CLO	<b>25,0</b>	19-26
Eritromicina	ERI 15	2635ERI	<b>28,0</b>	22-30
Levofloxacina	LEV 05	2634LEV	<b>30,0</b>	25-30
Ofloxacina	OFX 05	2586OFX	<b>28,0</b>	24-28
Oxacilina	OXA 01	2602OXA	<b>24,0</b>	18-24
Rifampicina	RIF 05	2592RIF	<b>33,0</b>	26-34
Sulfametoxazol/Trimetoprim	SUT 25	2610SUT	<b>30,0</b>	24-32
Tetraciclina	TET 30	2639TET	<b>28,5</b>	24-30
Vancomicina	VAN 30	2631VAN	<b>20,0</b>	17-21

**- Informações adicionais:**

Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 7193688 com validade em 30/10/2019.

Araçatuba, 02 de Março de 2018.

Controle de Qualidade – DME  
Karina de Campos Salles - CRBM 12001