

**CERTIFICADO DE ANÁLISE****POLISENSIDISC 12 - DME****STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE    LOTE PSPDME10618    FAB. 06/18    VAL. 06/19**

| Antibacteriano             | Potência/<br>Código | Lote Sensidisc | Staphylococcus aureus<br>ATCC 25923 |                       |
|----------------------------|---------------------|----------------|-------------------------------------|-----------------------|
|                            |                     |                | Halo                                | Halo/esperado<br>(mm) |
| Azitromicina               | AZI 15              | 2578AZI        | <b>26,0</b>                         | 21-26                 |
| Claritromicina             | CLA 15              | 2589CLA        | <b>31,0</b>                         | 26-32                 |
| Clindamicina               | CLI 02              | 2596CLI        | <b>27,0</b>                         | 24-30                 |
| Cloranfenicol              | CLO 30              | 2650CLO        | <b>24,5</b>                         | 19-26                 |
| Eritromicina               | ERI 15              | 2635ERI        | <b>30,0</b>                         | 22-30                 |
| Levofloxacina              | LEV 05              | 2634LEV        | <b>29,0</b>                         | 25-30                 |
| Ofloxacina                 | OFX 05              | 2586OFX        | <b>28,0</b>                         | 24-28                 |
| Oxacilina                  | OXA 01              | 2602OXA        | <b>24,0</b>                         | 18-24                 |
| Rifampicina                | RIF 05              | 2651RIF        | <b>33,0</b>                         | 26-34                 |
| Sulfametoxazol/Trimetoprim | SUT 25              | 2641SUT        | <b>31,0</b>                         | 24-32                 |
| Tetraciclina               | TET 30              | 2639TET        | <b>29,0</b>                         | 24-30                 |
| Vancomicina                | VAN 30              | 2631VAN        | <b>20,5</b>                         | 17-21                 |

**- Informações adicionais:**

Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 7363834 com validade em 31/03/2020.

Araçatuba, 19 de Junho de 2018.

Controle de Qualidade – DME  
Karina de Campos Salles - CRBM 12001