

CERTIFICADO DE ANÁLISE**POLISENSIDISC 12 - DME****STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE (SP) LOTE PSDME11218 FAB. 12/18 VAL. 12/19**

Antibacteriano	Potência/ Código	Lote Sensidisc	Staphylococcus aureus ATCC 25923	
			Halo	Halo/esperado (mm)
Azitromicina	AZI 15	2710AZI	26,0	21-26
Claritromicina	CLA 15	2709CLA	32,0	26-32
Clindamicina	CLI 02	2674CLI	27,0	24-30
Cloranfenicol	CLO 30	2708CLO	25,0	19-26
Eritromicina	ERI 15	2697ERI	30,0	22-30
Levofloxacina	LEV 05	2698LEV	30,0	25-30
Ofloxacina	OFX 05	2673OFX	28,0	24-28
Oxacilina	OXA 01	2692OXA	23,5	18-24
Rifampicina	RIF 05	2651RIF	34,0	26-34
Sulfametoxazol/Trimetoprim	SUT 25	2719SUT	31,0	24-32
Tetraciclina	TET 30	2639TET	29,0	24-30
Vancomicina	VAN 30	2711VAN	20,5	17-21

- Informações adicionais:

Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 8092812 com validade em 30/06/2020.

Araçatuba, 17 de Dezembro de 2018.

Controle de Qualidade – DME
Karina de Campos Salles - CRBM 12001