

**CERTIFICADO DE ANÁLISE****POLISENSIDISC 12 - DME****STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE (SP) LOTE PSPDMECLSI10820 FAB. 08/20 VAL. 08/21**

Antibacteriano	Código/ Potência µg	Lote Sensidisc	Staphylococcus aureus ATCC 25923	
			Halo	Halo/esperado (mm)
Azitromicina	AZI 15	2794AZI	<b>26,0</b>	21-26
Claritromicina	CLA 15	2862CLA	<b>31,0</b>	26-32
Clindamicina	CLI 02	2851CLI	<b>28,0</b>	24-30
Cloranfenicol	CLO 30	2842CLO	<b>25,0</b>	19-26
Eritromicina	ERI 15	2791ERI	<b>30,0</b>	22-30
Levofloxacina	LEV 05	2868LEV	<b>30,0</b>	25-30
Ofloxacina	OFX 05	2874OFX	<b>28,0</b>	24-28
Oxacilina	OXA 01	2776OXA	<b>23,0</b>	18-24
Rifampicina	RIF 05	2856RIF	<b>34,0</b>	26-34
Sulfametoxazol/Trimetoprim	SUT 25 (23,75/1,25)	2859SUT	<b>31,0</b>	24-32
Tetraciclina	TET 30	2832TET	<b>29,0</b>	24-30
Vancomicina	VAN 30	2786VAN	<b>21,0</b>	17-21

**- Informações adicionais:**

Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 9287929 com validade em 30/09/2021.

Araçatuba, 12 de agosto de 2020.

Controle de Qualidade – DME  
Karina de Campos Salles - CRBM 12001