

**CERTIFICADO DE ANÁLISE****POLISENSIDISC 12 - DME****STAPHYLOCOCCUS spp      LOTE PSTCDME10118      FAB. 01/18      VAL. 01/19**

Antibacteriano	Potência/Código	Lote Sensidisc	Staphylococcus aureus ATCC 25923	
			Halo	Halo/esperado (mm)
Cefoxitina	CFO 30	2532CFO	<b>29,0</b>	23-29
Ciprofloxacina	CIP 05	2624CIP	<b>28,5</b>	22-30
Clindamicina	CLI 02	2596CLI	<b>27,5</b>	24-30
Cloranfenicol	CLO 30	2600CLO	<b>25,0</b>	19-26
Eritromicina	ERI 15	2552ERI	<b>26,0</b>	22-30
Gentamicina	GEN 10	2620GEN	<b>26,0</b>	19-27
Linezolida	LNZ 30	2564LNZ	<b>31,0</b>	25-32
Oxacilina	OXA 01	2602OXA	<b>24,0</b>	18-24
Penicilina G	PEN 10	2542PEN	<b>36,0</b>	26-37
Rifampicina	RIF 05	2592RIF	<b>33,0</b>	26-34
Sulfametoxazol/Trimetoprim	SUT 25	2610SUT	<b>31,0</b>	24-32
Tetraciclina	TET 30	2570TET	<b>30,0</b>	24-30

**Informações Adicionais:****- Meio utilizado:** Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 6314697 com validade em 31/03/2019.

Araçatuba, 12 de Janeiro de 2018.

Controle de Qualidade – DME  
Aline Pelarin - CRBM 18537