

**CERTIFICADO DE ANÁLISE****POLISENSIDISC 12 - DME****STAPHYLOCOCCUS spp      LOTE PSTCDME10818      FAB. 08/18      VAL. 08/19**

Antibacteriano	Potência/Código	Lote Sensidisc	Staphylococcus aureus ATCC 25923	
			Halo	Halo/esperado (mm)
Cefoxitina	CFO 30	2665CFO	<b>29,0</b>	23-29
Ciprofloxacina	CIP 05	2670CIP	<b>28,0</b>	22-30
Clindamicina	CLI 02	2674CLI	<b>27,0</b>	24-30
Cloranfenicol	CLO 30	2650CLO	<b>25,0</b>	19-26
Eritromicina	ERI 15	2635ERI	<b>30,0</b>	22-30
Gentamicina	GEN 10	2681GEN	<b>25,0</b>	19-27
Linezolida	LNZ 30	2607LNZ	<b>30,5</b>	25-32
Oxacilina	OXA 01	2602OXA	<b>24,0</b>	18-24
Penicilina G	PEN 10	2612PEN	<b>36,0</b>	26-37
Rifampicina	RIF 05	2651RIF	<b>33,0</b>	26-34
Sulfametoxazol/Trimetoprim	SUT 25	2668SUT	<b>30,5</b>	24-32
Tetraciclina	TET 30	2639TET	<b>29,0</b>	24-30

**Informações Adicionais:****- Meio utilizado:** Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 7363834 com validade em 31/03/2020.

Araçatuba, 16 de Agosto de 2018.

Controle de Qualidade – DME  
Karina de Campos Salles - CRBM 12001