

CERTIFICADO DE ANÁLISE**POLISENSIDISC 12 - DME****STAPHYLOCOCCUS spp LOTE PSTCDME10918 FAB. 09/18 VAL. 09/19**

Antibacteriano	Potência/Código	Lote Sensidisc	Staphylococcus aureus ATCC 25923	
			Halo	Halo/esperado (mm)
Cefoxitina	CFO 30	2665CFO	29,0	23-29
Ciprofloxacina	CIP 05	2670CIP	27,5	22-30
Clindamicina	CLI 02	2674CLI	27,0	24-30
Cloranfenicol	CLO 30	2650CLO	24,5	19-26
Eritromicina	ERI 15	2635ERI	30,0	22-30
Gentamicina	GEN 10	2681GEN	25,5	19-27
Linezolida	LNZ 30	2607LNZ	31,0	25-32
Oxacilina	OXA 01	2692OXA	23,5	18-24
Penicilina G	PEN 10	2612PEN	36,0	26-37
Rifampicina	RIF 05	2651RIF	33,0	26-34
Sulfametoxazol/Trimetoprim	SUT 25	2668SUT	31,0	24-32
Tetraciclina	TET 30	2639TET	29,0	24-30

Informações Adicionais:**- Meio utilizado:** Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 7363834 com validade em 31/03/2020.

Araçatuba, 28 de Setembro de 2018.

Controle de Qualidade – DME
Karina de Campos Salles - CRBM 12001