

**CERTIFICADO DE ANÁLISE****POLISENSIDISC 12 - DME****STAPHYLOCOCCUS spp (STC)      LOTE PSTCDME11218      FAB. 12/18      VAL. 12/19**

Antibacteriano	Potência/Código	Lote Sensidisc	Staphylococcus aureus ATCC 25923	
			Halo	Halo/esperado (mm)
Cefoxitina	CFO 30	2665CFO	<b>29,0</b>	23-29
Ciprofloxacina	CIP 05	2716CIP	<b>27,5</b>	22-30
Clindamicina	CLI 02	2674CLI	<b>27,5</b>	24-30
Cloranfenicol	CLO 30	2708CLO	<b>25,0</b>	19-26
Eritromicina	ERI 15	2697ERI	<b>30,0</b>	22-30
Gentamicina	GEN 10	2713GEN	<b>26,0</b>	19-27
Linezolida	LNZ 30	2728LNZ	<b>32,0</b>	25-32
Oxacilina	OXA 01	2692OXA	<b>24,0</b>	18-24
Penicilina G	PEN 10	2677PEN	<b>37,0</b>	26-37
Rifampicina	RIF 05	2651RIF	<b>34,0</b>	26-34
Sulfametoxazol/Trimetoprim	SUT 25	2716SUT	<b>30,5</b>	24-32
Tetraciclina	TET 30	2639TET	<b>29,5</b>	24-30

**Informações Adicionais:****- Meio utilizado:** Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 8092812 com validade em 30/06/2020.

Araçatuba, 11 de Dezembro de 2018.

Controle de Qualidade – DME  
Karina de Campos Salles - CRBM 12001