

CERTIFICADO DE ANÁLISE**POLISENSIDISC 15 - DME****SÉRIE URINÁRIA LOTE PSUDME20918 FAB. 09/18 Val. 09/19**

Antibacteriano	Potência/ código	Lote Sensidisc	Staphylococcus aureus ATCC 25923		Escherichia coli ATCC 25922 (1)		Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853		Escherichia coli ATCC 35218 (2)	
			halo	halo	halo	halo	halo	halo/ esperado (mm)	halo	halo/ esperado (mm)
Ácido Nalidíxico	NAL 30	2678NAL	-	-	28,0	22-28	-	-	-	-
Amicacina	AMI 30	2671AMI	25,0	20-26	25,5	19-26	25,0	18-26	-	-
Amox./Ac.Clavulânico	AMC 30	2667AMC	36,0	28-36	24,0	18-24	-	-	20,5	17-22
Ampicilina	AMP 10	2680AMP	35,0	27-35	22,0	15-22	-	-	-	-
Cefazolina	CFZ 30	2704CFZ	33,0	29-35	27,0	21-27	-	-	-	-
Cefepime	CPM 30	2699CPM	28,0	23-29	36,0	31-37	30,0	25-31	-	-
Ceftriaxona	CRO 30	2687CRO	27,0	22-28	34,5	29-35	22,0	17-23	-	-
Ciprofloxacina	CIP 05	2670CIP	27,0	22-30	37,0	29-37	32,0	25-33	-	-
Fosfomicina	FOS 200	2688FOS	33,0	25-33	29,0	22-30	-	-	-	-
Gentamicina	GEN 10	2681GEN	25,5	19-27	24,5	19-26	20,0	17-23	-	-
Levofloxacina	LEV 05	2698LEV	30,0	25-30	34,0	29-37	23,5	19-26	-	-
Meropenem	MPM 10	2693MPM	35,5	29-37	33,5	28-35	33,0	27-33	-	-
Nitrofurantoína	NIT 300	2658NIT	22,0	18-22	24,5	20-25	-	-	-	-
Norfloxacina	NOR 10	2684NOR	26,0	17-28	34,0	28-35	28,0	22-29	-	-
Sulfazotrim	SUT 25	2668SUT	31,0	24-32	29,0	23-29	-	-	-	-

Informações Adicionais:**- Meio utilizado:** Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 7363834 com validade em 31/03/2020.

Araçatuba, 22 de Setembro de 2018.

Controle de Qualidade - DME
Karina de Campos Salles – CRBM 12001