

CERTIFICADO DE ANÁLISE**POLISENSIDISC 15 - DME****SÉRIE URINÁRIA LOTE PSUDME30118 FAB. 01/18 Val. 01/19**

Antibacteriano	Potência/ código	Lote Sensidisc	Staphylococcus aureus ATCC 25923		Escherichia coli ATCC 25922 (1)		Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853		Escherichia coli ATCC 35218 (2)	
			halo	halo	halo	halo	halo	halo/ esperado (mm)	halo	halo/ esperado (mm)
Ácido Nalidíxico	NAL 30	2617NAL	-	-	28,0	22-28	-	-	-	-
Amicacina	AMI 30	2632AMI	25,0	20-26	26,0	19-26	25,0	18-26	-	-
Amox./Ac.Clavulânico	AMC 30	2627AMC	35,0	28-36	24,0	18-24	-	-	21,0	17-22
Ampicilina	AMP 10	2588AMP	34,5	27-35	22,0	15-22	-	-	-	-
Cefazolina	CFZ 30	2614CFZ	34,0	29-35	26,5	21-27	-	-	-	-
Cefepime	CPM 30	2591CPM	26,5	23-29	36,0	31-37	29,5	25-31	-	-
Ceftriaxona	CRO 30	2622CRO	26,0	22-28	35,0	29-35	22,0	17-23	-	-
Ciprofloxacina	CIP 05	2624CIP	28,5	22-30	38,5	30-40	32,0	25-33	-	-
Gentamicina	GEN 10	2620GEN	24,5	19-27	25,0	19-26	20,0	17-23	-	-
Levofloxacina	LEV 05	2577LEV	29,5	25-30	36,0	29-37	24,5	19-26	-	-
Meropenem	MPM 10	2611MPM	36,0	29-37	35,0	28-35	33,0	27-33	-	-
Nitrofurantoína	NIT 300	2615NIT	21,0	18-22	25,0	20-25	-	-	-	-
Norfloxacina	NOR 10	2598NOR	25,5	17-28	34,0	28-35	29,0	22-29	-	-
Sulfazotrim	SUT 25	2610SUT	31,0	24-32	29,0	23-29	-	-	-	-
Tetraciclina	TET 30	2570TET	29,0	24-30	25,0	18-25	-	-	-	-

Informações Adicionais:**- Meio utilizado:** Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 6314697 com validade em 31/03/2019.

Araçatuba, 30 de Janeiro de 2018.

Controle de Qualidade - DME
Karina de Campos Salles – CRBM 12001