

FICHA DE ANÁLISE: 1002-10820

DATA: 26/08/2020

LAUDO DE ESTERILIZAÇÃO STERIGENICS Nº: 2568960 / EMITIDO EM 18/08/2020.

PRODUTO:***SWAB, HASTE PLÁSTICA, EM TUBO, CÓDIGO 1002.****LOTE: 1002 10820****DATA DE ESTERILIZAÇÃO: 08/20****VALIDADE: 08/22****ESTERILIDADE: AUSÊNCIA DE CRESCIMENTO APÓS 7 DIAS DE INCUBAÇÃO A TEMPERATURA 35°C+/-2°C, QUANDO COLOCADO EM:****MEIO DE TSB:****DE ACORDO****MEIO DE TIOGLICOLATO:****DE ACORDO****TESTE DE PROMOÇÃO DE CRESCIMENTO A 35° C DURANTE 48 HORAS:***Staphylococcus aureus* ATCC 25923**CRESCIMENTO EXCELENTE***Escherichia coli* ATCC 25922**CRESCIMENTO EXCELENTE***Pseudomonas aeruginosa* ATCC 27853**CRESCIMENTO EXCELENTE****CONCLUSÃO: PRODUTO APROVADO PARA USO EM LABORATÓRIO****Controle de Qualidade – DME****Karina de Campos Salles– CRBM 12001**