



FICHA DE ANÁLISE: 1011 10917

DATA: 19/09/2017

LAUDO DE ESTERILIZAÇÃO STERIGENICS Nº: 323447 / EMITIDO EM 01/09/2017.

**PRODUTOS:****\*SWAB, HASTE MADEIRA, CÓDIGO 1011.****LOTE: 1011 10917****DATA DE ESTERILIZAÇÃO: 09/17****VALIDADE: 09/19****ESTERILIDADE: AUSÊNCIA DE CRESCIMENTO APÓS 7 DIAS DE INCUBAÇÃO A TEMPERATURA 35°C+/-2°C, QUANDO COLOCADO EM:****MEIO DE TSB:****DE ACORDO****MEIO DE TIOGLICOLATO:****DE ACORDO****TESTE DE PROMOÇÃO DE CRESCIMENTO A 35° C DURANTE 48 HORAS:***Staphylococcus aureus* ATCC 25923**CRESCIMENTO EXCELENTE***Escherichia coli* ATCC 25922**CRESCIMENTO EXCELENTE***Pseudomonas aeruginosa* ATCC 27853**CRESCIMENTO EXCELENTE****CONCLUSÃO: PRODUTO APROVADO PARA USO EM LABORATÓRIO****Controle de Qualidade – DME****Aline Pelarin – CRBM 18537**