



FICHA DE ANÁLISE: CTIO-C11016

DATA: 04/11/2016

**PRODUTO: THIOGLYCOLLATE BROTH**  
**LOTE: CTIO-C11016**  
**DATA DE FABRICAÇÃO: 10/16**  
**VALIDADE: 10/18**

**ANÁLISE/ESPECIFICAÇÃO**  
**PH: 7.2 +/-0,2 A 25°C**

**RESULTADOS**  
**7,14**

**ESTERILIDADE: AUSÊNCIA DE**  
**CRESCIMENTO APÓS 14 DIAS**  
**DE INCUBAÇÃO A TEMPERATURA**  
**35°C +/- 2°C.**

**DE ACORDO**

**TESTE DE PROMOÇÃO DE CRESCIMENTO A 35°C DURANTE 24-48 HORAS:**

*Staphylococcus aureus* ATCC 25923  
*Escherichia coli* ATCC 25922  
*Pseudomonas aeruginosa* ATCC 27853

**CRESCIMENTO EXCELENTE**  
**CRESCIMENTO EXCELENTE**  
**CRESCIMENTO EXCELENTE**

**CONCLUSÃO: PRODUTO APROVADO PARA USO EM LABORATÓRIO**

P/

  
**KARINA DE CAMPOS SALLES – CRBM 12001**  
**Controle de qualidade - DME**