



FICHA DE ANÁLISE: CTIO-C10217

DATA: 03/03/2017

PRODUTO: THIOGLYCOLLATE BROTH
LOTE: CTIO-C10217
DATA DE FABRICAÇÃO: 02/17
VALIDADE: 02/19

ANÁLISE/ESPECIFICAÇÃO
PH: 7.2 +/-0,2 A 25°C

RESULTADOS
7,17

ESTERILIDADE: AUSÊNCIA DE
CRESCIMENTO APÓS 14 DIAS
DE INCUBAÇÃO A TEMPERATURA
35°C +/- 2°C.

DE ACORDO

TESTE DE PROMOÇÃO DE CRESCIMENTO A 35°C DURANTE 24-48 HORAS:

<i>Staphylococcus aureus</i>	ATCC 6538	CRESCIMENTO EXCELENTE
<i>Aspergillus brasiliensis</i>	NCPF 2275	CRESCIMENTO EXCELENTE
<i>Candida albicans</i>	ATCC 10231	CRESCIMENTO EXCELENTE
<i>Bacillus subtilis</i>	ATCC 6633	CRESCIMENTO EXCELENTE
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	ATCC 27853	CRESCIMENTO EXCELENTE

CONCLUSÃO: PRODUTO APROVADO PARA USO EM LABORATÓRIO

Controle de qualidade – DME
KARINA DE CAMPOS SALLES – CRBM 12001