

FICHA DE ANÁLISE: CTSB-A10217

DATA 17/02/2017

**PRODUTO DME: TRYPTIC SOY BROTH**  
**LOTE: CTSB-A10217**  
**FABRICAÇÃO: 02/17**  
**VALIDADE: 02/19**

**ANÁLISE/ESPECIFICAÇÃO**  
**PH: 7.3 +/-0,2 A 25°C**

**RESULTADOS**  
**7,48**

**ESTERILIDADE: AUSENCIA DE**  
**CRESCIMENTO APOS 14 DIAS**  
**DE INCUBAÇÃO A TEMPERATURA**  
**35°C+/-2°C.**

**DE ACORDO**

**TESTE DE PROMOÇÃO DE CRESCIMENTO A 35°C +/- 2°C. DURANTE 24-48 HORAS:**

*Staphylococcus aureus* ATCC 25923  
*Escherichia coli* ATCC 25922  
*Pseudomonas aeruginosa* ATCC 27853

**CRESCIMENTO EXCELENTE**  
**CRESCIMENTO EXCELENTE**  
**CRESCIMENTO EXCELENTE**

**CONCLUSÃO: PRODUTO APROVADO PARA USO EM LABORATÓRIO**

**Controle de qualidade - DME**  
**KARINA DE CAMPOS SALLES – CRBM 12001**