

FICHA DE ANÁLISE: CTSB-A11218

DATA 11/12/2018

**PRODUTO DME: TRYPTIC SOY BROTH**  
**LOTE: CTSB-A11218**  
**FABRICAÇÃO: 12/18**  
**VALIDADE: 12/20**

**ANÁLISE/ESPECIFICAÇÃO**  
**PH: 7.3 +/-0,2 A 25°C**

**RESULTADOS**  
**7,43**

**ESTERILIDADE: AUSÊNCIA DE**  
**CRESCIMENTO APÓS 07 DIAS**  
**DE INCUBAÇÃO A TEMPERATURA**  
**35°C+/-2°C.**

**DE ACORDO**

**TESTE DE PROMOÇÃO DE CRESCIMENTO A 35°C +/- 2°C. DURANTE 24-48 HORAS:**

|                                 |            |                              |
|---------------------------------|------------|------------------------------|
| <i>Staphylococcus aureus</i>    | ATCC 6538  | <b>CRESCIMENTO EXCELENTE</b> |
| <i>Aspergillus brasiliensis</i> | NCPF 2275  | <b>CRESCIMENTO EXCELENTE</b> |
| <i>Candida albicans</i>         | ATCC 10231 | <b>CRESCIMENTO EXCELENTE</b> |
| <i>Bacillus subtilis</i>        | ATCC 6633  | <b>CRESCIMENTO EXCELENTE</b> |
| <i>Pseudomonas aeruginosa</i>   | ATCC 27853 | <b>CRESCIMENTO EXCELENTE</b> |

**CONCLUSÃO: PRODUTO APROVADO PARA USO EM LABORATÓRIO**



**Controle de Qualidade - DME**  
**Karina de Campos Salles – CRBM 12001**