



FICHA DE ANÁLISE: 1002-11021

DATA: 28/10/2021

LAUDO DE ESTERILIZAÇÃO STERIGENICS Nº: 3407339 / EMITIDO EM 19/10/2021.

PRODUTO:

*SWAB, HASTE PLÁSTICA, EM TUBO, CÓDIGO 1002.

LOTE: 1002 11021

DATA DE ESTERILIZAÇÃO: 10/21

VALIDADE: 10/23

ESTERILIDADE: AUSÊNCIA DE CRESCIMENTO APÓS 7 DIAS DE INCUBAÇÃO A TEMPERATURA 35°C+/-2°C, QUANDO COLOCADO EM:

MEIO DE TSB:

DE ACORDO

MEIO DE TIOGLICOLATO:

DE ACORDO

TESTE DE PROMOÇÃO DE CRESCIMENTO A 35° C DURANTE 48 HORAS:

Staphylococcus aureus ATCC 25923

CRESCIMENTO EXCELENTE

Escherichia coli ATCC 25922

CRESCIMENTO EXCELENTE

Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853

CRESCIMENTO EXCELENTE

CONCLUSÃO: PRODUTO APROVADO PARA USO EM LABORATÓRIO

Controle de Qualidade – DME

Karina de Campos Salles– CRBM 12001