



FICHA DE ANÁLISE: 1003-10220

DATA: 13/02/2020

PRODUTO: MEIO DE TRANSPORTE STUART

LOTE: 1003 10220

DATA DE FABRICAÇÃO: 02/20

VALIDADE: 02/21

ANÁLISE/ESPECIFICAÇÃO
PH: 7.4 +/-0,2 A 25°CRESULTADOS
7,46ESTERILIDADE: AUSÊNCIA DE CRESCIMENTO APÓS 7 DIAS DE INCUBAÇÃO A
TEMPERATURA 35°C+/-2°C, E 48 HORAS QUANDO COLOCADO EM:

MEIO DE TSB:

DE ACORDO

MEIO DE TIOGLICOLATO:

DE ACORDO

TESTE DE PROMOÇÃO DE CRESCIMENTO A 35°C DURANTE 48-72 HORAS:

Staphylococcus aureus

ATCC 25923

CRESCIMENTO EXCELENTE

Escherichia coli

ATCC 25922

CRESCIMENTO EXCELENTE

Pseudomonas aeruginosa

ATCC 27853

CRESCIMENTO EXCELENTE

CONCLUSÃO: PRODUTO APROVADO PARA USO EM LABORATÓRIOCONTROLE DE QUALIDADE – DME
Karina de Campos Salles – CRBM 12001