



FICHA DE ANÁLISE: 1003-20520

DATA: 30/05/2020

PRODUTO: MEIO DE TRANSPORTE STUART

LOTE: 1003 20520

DATA DE FABRICAÇÃO: 05/20

VALIDADE: 05/21

ANÁLISE/ESPECIFICAÇÃO  
PH: 7.4 +/-0,2 A 25°CRESULTADOS  
7,46ESTERILIDADE: AUSÊNCIA DE CRESCIMENTO APÓS 7 DIAS DE INCUBAÇÃO A  
TEMPERATURA 35°C+/-2°C, E 48 HORAS QUANDO COLOCADO EM:

MEIO DE TSB:

DE ACORDO

MEIO DE TIOGLICOLATO:

DE ACORDO

TESTE DE PROMOÇÃO DE CRESCIMENTO A 35°C DURANTE 48-72 HORAS:

*Staphylococcus aureus*

ATCC 25923

CRESCIMENTO EXCELENTE

*Escherichia coli*

ATCC 25922

CRESCIMENTO EXCELENTE

*Pseudomonas aeruginosa*

ATCC 27853

CRESCIMENTO EXCELENTE

CONCLUSÃO: PRODUTO APROVADO PARA USO EM LABORATÓRIOCONTROLE DE QUALIDADE – DME  
Karina de Campos Salles – CRBM 12001