

RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

AZITROMICINA DISCO COM 15 ug (AZI 15)

LOTE: 2710AZI FABRICAÇÃO: 09/18 VALIDADE: 09/20

TESTE QUALITATIVO

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	26,0 mm	(21 - 26 mm)
Homogeneidade: de acordo	0,5 mm	≤ 2,5 mm

- Informações adicionais:

- Utilizou-se meio Muller Hinton Agar - DIFCO, lote 7363834 com validade em 31/03/2020.
- Manter os discos de Azitromicina entre -20°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 22 de Setembro de 2018.



CONTROLE DE QUALIDADE
KARINA DE CAMPOS SALLES – CRBM 12001