

RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

VANCOMICINA DISCO COM 30 ug (VAN 30)

LOTE: 2711VAN FABRICAÇÃO: 09/18 VALIDADE: 09/20

TESTE QUALITATIVO

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	20,0 mm	(17 – 21 mm)
Homogeneidade: de acordo	0,5 mm	≤ 2,5 mm

Informações adicionais:

- Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 7363834 com validade em 31/03/2020.
- Manter os discos de Vancomicina entre -20°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Valores de referência baseados no CLSI.

Araçatuba, 28 de Setembro de 2018.



CONTROLE DE QUALIDADE
Karina de Campos Salles – CRBM 12001