

RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

TETRACICLINA DISCO COM 30 ug (TET 30)

LOTE: 2712TET FABRICAÇÃO: 09/18 VALIDADE: 09/20

TESTE QUALITATIVO

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	29,0 mm	(24 - 30 mm)
Escherichia coli ATCC 25922	25,0 mm	(18 – 25 mm)
Homogeneidade: de acordo	0,5 mm	≤ 2,5 mm

Informações Adicionais:

- **Meio utilizado:** Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 7363834 com validade em 31/03/2020.
- Manter os discos de TETRACICLINA entre -20°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 02 de Outubro de 2018.



CONTROLE DE QUALIDADE
Karina de Campos Salles – CRBM 12001