RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

IMIPENEM DISCO COM 10 ug (IPM 10)

LOTE: 2721IPM FABRICAÇÃO: 10/18 VALIDADE: 10/20

TESTE QUALITATIVO

	Valor obtido	Valor Esperado
Escherichia coli ATCC 25922	32,0 mm	(26 – 32 mm)
Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853	28,0 mm	(20 – 28 mm)
Homogeneidade: de acordo	1,0 mm	$\leq$ 2,5 mm

Informações adicionais:
- Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 805870 com validade em 30/06/2020.
- Manter os discos de Imipenem armazenados entre -20°C a -15°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 23 de Outubro de 2018.

CONTROLE DE QUALIDADE
Karina de Campos Salles – CRBM 12001