

RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

CEFUROXIMA DISCO COM 30 ug (CRX 30)

LOTE: 2727CRX FABRICAÇÃO: 11/18 VALIDADE: 11/20

TESTE QUALITATIVO

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	32,5 mm	(27 – 35 mm)
Escherichia coli ATCC 25922	26,0 mm	(20 – 26 mm)
Homogeneidade: de acordo	1,0 mm	≤ 2,5 mm

Informações adicionais:

- Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 8092812 com validade em 30/06/2020.
- Manter os discos de CEFUROXIMA entre -20°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 23 de Novembro de 2018.



CONTROLE DE QUALIDADE
EUDORIDES PACHECO JÚNIOR – CRF/SP 5983