

RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

FOSFOMICINA (+ GLICOSE-6-FOSFATO) DISCO COM 200 ug (FOS 200)

LOTE: 2730FOS FABRICAÇÃO: 11/18 VALIDADE: 11/20

TESTE QUALITATIVO

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	32,0 mm	(25 – 33 mm)
Escherichia coli ATCC 25922	30,0 mm	(22 – 30 mm)
Homogeneidade: de acordo	1,5 mm	≤ 2,5 mm

Informações adicionais:

- Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 8092812 com validade em 30/06/2020.
- Manter os discos de FOSFOMICINA entre -20°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 28 de Novembro de 2018.



CONTROLE DE QUALIDADE
KARINA DE CAMPOS SALLES – CRBM 12001