

RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC (DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

NORFLOXACINA DISCO COM 10 ug (NOR 10)

LOTE: 2734NOR FABRICAÇÃO: 12/18 VALIDADE: 12/20

TESTE QUALITATIVO

| | Valor obtido | Valor Esperado |
|-----------------------------------|--------------|----------------|
| Staphylococcus aureus ATCC 25923 | 26,0 mm | (17 – 28 mm) |
| Escherichia coli ATCC 25922 | 35,0 mm | (28 – 35 mm) |
| Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 | 28,0 mm | (22 – 29 mm) |
| Homogeneidade: de acordo | 1,0 mm | ≤ 2,5 mm |

- Informações adicionais:

Utilizou-se meio Muller Hinton Agar - DIFCO, lote 8092812 com validade em 30/06/2020.

Manter os discos de NORFLOXACINA entre -20°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 13 de Dezembro de 2018.

CONTROLE DE QUALIDADE
Karina de Campos Salles – CRBM 12001