

RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA IDENTIFICAÇÃO)

OPTOQUINA (Ethylhidrocupreine) DISCO COM 5 ug (OPT 05)

LOTE: 2735OPT

FABRICAÇÃO: 12/18 VALIDADE: 12/20

TESTE QUALITATIVO

	Valor obtido	Valor Esperado
Streptococcus pneumoniae ATCC 49619	22,0 mm	≥ 15 mm
Enterococcus faecalis ATCC 29212	Ausência de halo	Ausência de halo
Homogeneidade: de acordo	0,5 mm	≤ 2,5 mm

- Informações adicionais:

Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 8092812 com validade em 30/06/2020.
Manter os discos de OPTOQUINA entre +2°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco.
Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 18 de Janeiro de 2019.



CONTROLE DE QUALIDADE
Karina de Campos Salles – CRBM 12001