

**RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC**  
**(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)**

ÁCIDO NALIDÍXICO                      DISCO COM 30 ug (NAL 30)

LOTE: 2737NAL                      FABRICAÇÃO: 12/18                      VALIDADE: 12/20

**TESTE QUALITATIVO**

	Valor obtido	Valor Esperado
Escherichia coli ATCC 25922	28,0 mm	( 22 – 28 mm )
Homogeneidade: de acordo	1,0 mm	≤ 2,5 mm

**- Informações adicionais:**

Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 8092812 com validade em 30/06/2020.  
Manter os discos de Ácido Nalidíxico entre -20°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 19 de Dezembro de 2018.



CONTROLE DE QUALIDADE  
Karina de Campos Salles – CRBM 12001