

RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

ESTREPTOMICINA - EST 300, DISCO COM 300 ug

LOTE: 2740ESTHL FABRICAÇÃO: 01/19 VALIDADE: 01/21

TESTE QUALITATIVO

	Valor obtido	Valor Esperado
Enterococcus faecalis ATCC 29212	20,0 mm	(14- 20 mm)
Homogeneidade: de acordo	0,5 mm	≤ 2,5 mm

Informações adicionais:

- Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 8092812 com validade em 30/06/2020.
- Manter os discos de Estreptomicina entre +2°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 31 de Janeiro de 2019.



CONTROLE DE QUALIDADE
Karina de Campos Salles – CRBM 12001