

RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

GENTAMICINA DISCO COM 10 ug (GEN 10)

LOTE: 2745GEN FABRICAÇÃO: 01/19 VALIDADE: 01/21

TESTE QUALITATIVO

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	26,0 mm	(19 – 27 mm)
Escherichia coli ATCC 25922	24,0 mm	(19 – 26 mm)
Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853	21,5 mm	(17 – 23 mm)
Homogeneidade: de acordo	1,0 mm	≤ 2,5 mm

- **Informações adicionais:**

Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 8092812 com validade em 30/06/2020.

Manter os discos de GENTAMICINA entre -20°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 13 de Fevereiro de 2019.



CONTROLE DE QUALIDADE - DME
Karina de Campos Salles – CRBM 12001